

ПРОТОКОЛ № 1
об итогах тендера по закупу медицинского оборудования
КГП «Районная больница района Беимбета Майлина» УЗаКО

с.Әйет

17.07.2020г.

11.00часов

Тендерная комиссия в составе:

Уалиев Бекболат Дукенбаевич – главный врач КГП «РБ района Беимбе Майлина» УЗаКО, председатель тендерной комиссии.

Саменова Гурсынкуль Торгайбаевна – главный бухгалтер КГП «РБ района Беимбета Майлина» УЗаКО, член тендерной комиссии.

Утебаева Гульмира Серикбаевна- главная медсестра член тендерной комиссии

Смирнова Татьяна Николаевна – бухгалтер по государственным закупкам КГП «РБ района Беимбета Майлина» УЗаКО, секретарь тендерной комиссии.

Проведен тендер по закупу медицинского оборудования для КГП «РБ района Беимбета Майлина» УЗаКО.

Наименование медицинского оборудования:

- лот №1 «Система диагностическая ультразвуковая стационарная» (1 шт). Сумма выделенная для закупа 25 800 000 (Двадцать пять миллионов восемьсот тысяч) тенге;

- лот №2 «Кровать акушерская» (1шт). Сумма выделенная для закупа 2 700 000 (Два миллиона семьсот) тенге;

- лот №3 «Видеоинформационный центр в комплекте с гастроскопом» (1шт). Сумма выделенная для закупа 29 600 000 (Двадцать девять миллионов шестьсот) тенге.

От потенциальных поставщиков запросов о разъяснении тендерной документации не поступали.

Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

Тендерную заявку на участие в тендере представили следующие потенциальные поставщики:

№	Наименование потенциального поставщика	Место нахождения	БИН/ИИН
1.	ТОО «Гелика»	Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Маяковского,95	001140000601
2	ТОО «ОрдаМед Костанай»	Костанайская область, г.Костанай, ул.Карбышева,2	131140026382
3	ТОО «АстанаМед»	г.Нур-Султан, Сарыаркинский район, ул.Бибітшілік,25 офис 217	180340016309
4	ТОО «Adamant Group»	г.Алматы, ул.Солодовникова,21Е	040840001132
5	ИП Гринь Светлана Владимировна	Костанайская область, г.Костанай, ул.О.Доцанова,137-78	620521450577
6	ТОО «Viva-Мастер»	Костанайская область, с.Заречное, ул.Целиная,12	141240014790

Комиссия рассмотрела в сравнении по требуемой спецификации:

По лоту №3 – предоставлены тремя поставщиками ТОО «АстанаМед», ТОО «Viva-Мастер» и ИП Гринь С.В.

Технические характеристики по лоту №3 «Видеониформационный центр в комплекте с гастроскопом», предоставленные **ТОО «АстаМед» - не соответствуют** требованиям тендерной технической спецификации:

Отсутствует режим «NBI» (предлагаемый аналог, уступающей по характеристикам), нет возможности сопряжения с ультразвуковой системой для использования ультразвуковых видеоэндоскопов и датчиков ,нет возможности совместного управления с единой консолиультразвукового центра, возможности работы в комплексе эндохирургического оборудования с управлением всем комплексом с единой консоли, глубина просмотра не соответствует.

Технические характеристики по лоту №3 «Видеониформационный центр в комплекте с гастроскопом», предоставленные **ТОО «Viva-Мастер» не соответствуют** требованиям тендерной технической спецификации:

Отсутствует режим «NBI» (предлагается аналог, уступающий по характеристикам) - нет возможности подключения следующих приборов: цистоскопы, риноларингоскопы, торакоскопы, лапароскопы, а также не менее 12 разновидностей головок для подключения фиброскопов и оптики различного назначения) предлагается ксеноновый источник света: глубина резкости не соответствует.

Спецификация (технические характеристики) **соответствуют ИП Гринь Светлана Владимировна.**

По лоту №2 «Кровать акушерская» – предоставлена одна заявка от ТОО «ОрдаМед Костанай». Спецификация **соответствует**. На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1729 от 30.10.2009г главы 11 пункта 116 п.п.1 Организатору закупок КГП «РБ района Беимбета Майлина» УЗаКО провести закуп способом из одного источника с **ТОО «ОрдаМед Костанай».**

По лоту №1 «Система диагностическая ультразвуковая стационарная» предоставили заявки четыре потенциальные поставщики: ТОО «Гелика», ТОО «АстанаМед», ТОО «Adamant Group», ИП Гринь Светлана Владимировна.

Технические характеристики **ТОО «Adamant Group» не соответствуют** требованиям тендерной технической спецификации: отсутствует информация о наличии активных портов; согласно техническим характеристикам на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий № РК-МТ-5№015478, Ультразвуковой сканер Q7 с принадлежностями имеет 17-дюймовый широкоформатный дисплей TFT, что не соответствует техспецификации; согласно техническим характеристикам на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий № РК-МТ-5 №015478, ультразвуковой сканер Q7 с принадлежностями имеет глубину сканирования до 30см, что не соответствует техспецификации.

Технические характеристики **ТОО «АстанаМед» не соответствуют** требованиям тендерной технической спецификации: нет информации по ОЗУ; регулировка монитора по высоте не соответствует,максимальная частота кадров не соответствует; нет полных данных по характеристикам 2D режима, М-режима количество цветовых карт, не менее 8- что не соответствует техспецификации, нет данных максимальной частоты цветных кадров, параметров поворота изображения; нет полных данных режима цветного доплера

(CD), режима импульсно-волнового доплера(PWD): количество цветowych карт не менее 8, ЧПИ-0,5-12,0, что не соответствует техспецификации; не соответствует регулировка высоты, габаритные размеры.

Технические характеристики ТОО «Гелика» не соответствуют требованиям тендерной технической спецификации: максимальная частота кадров; частота внутриволнового датчика и т.д., не представляется возможным составить четкое представление о соответствии спецификации, поскольку спецификация состоит из формулировок «не более/менее»; также отсутствует пылезащитный чехол.

Спецификация (технические характеристики) соответствуют ИП Гринь Светлана Владимировна.

2) Организатору государственных закупок КГП «Районная больница района Беимбета Майлина» УЗаКО разместить информацию об итогах проведенных государственных закупок способом тендера на интернет-ресурсе заказчика и письменно уведомить об этом всех принявших участие в тендере потенциальных поставщиков о результатах тендера путем направления уведомления и копии протокола итогов потенциальным поставщикам.

За данное решение проголосовали:

ЗА - 3 голоса

ПРОТИВ - 0 голосов

Председатель тендерной комиссии



Уалиев Б.Д.

Член комиссии



Саменова Т.Т

Член комиссии



Утебаева Г.С.

Секретарь тендерной комиссии



Смирнова Т.Н.